

INDIKACE PRO POUŽITÍ

Použijte, když u pacienta zjevně nastala zástava oběhu, o které svědčí:

- bezvědomí, a
- nepřítomnost normálního dýchání; a
- nepřítomnost pulzu a známek oběhu.

Pokud je postiženým osoba mladší 8 let nebo vážící méně než 25 kg, měl by se defibrilátor ZOLL AED Plus používat s dětskými elektrodami ZOLL AED Plus. Určení přesného věku nebo hmotnosti pacienta by nemělo být důvodem k opoždění zákroku.

KONTRAINDIKACE PRO POUŽITÍ

Nepoužívejte, když pacient:

- je při vědomí; nebo
- dýchá; nebo
- má hmatný pulz nebo jiné známky oběhu.

PŘEDPOKLÁDANÝ UŽIVATEL

Externí defibrilátor ZOLL AED Plus by měly používat osoby vyškolené v používání přístroje AED Plus a v provádění základní neodkladné resuscitace a rozšířené neodkladné resuscitace, příp. jiných neodkladných lékařských zákroků, a to k defibrilaci osob postižených srdeční zástavou. Součástí monitorovací funkce KPR je metronom, jehož účelem je nabádat záchranáře, aby prováděli masáž hrudníku pří frekvenci 100 kompresí za minutu, což je frekvence doporučovaná ERC.** Hlasové a textové nápovědy nabádají k hloubce kompresí u dospělého pacienta 5 – 6 cm. Monitorovací funkce KPR není určena k použití u pacientů mladších 8 let.

ZOLL Medical Corporation
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824-4105
978-421-9655
www.zoll.com